



www.codaco.cz



SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM:

- je kombinací moderního designu a vspělé technologie, obsahující funkce přispívající k vysokému komfortu a jednoduchosti obsluhy
- zabezpečuje přivolání obsluhy k pacientovi s možností akutního posílení o lékařskou pomoc
- poskytuje jednoduchou a přehlednou správu celého systému, rozšiřitelnou o možnost napojení na PC a velkoplošný informační panel
- vysoká spolehlivost a bezporuchovost je zaručena moderní výrobní technologií

Usnadnit Vám Vaši práci je mottem české společnosti CODACO ELECTRONIC vyrábějící moderní komunikační systémy pro zdravotnictví.



Obchodní zastoupení:

DATAKOM Systems
Křížkovského 112
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 615 910
fax: +420 571 615 920
e-mail: datacom@telecom.cz

sestra - pacient





Představujeme Vám novou platformu signalizačních zařízení SESTRA - PACIENT, určených pro pacienty a ošetřující personál na odděleních, kde není požadováno vzájemné hovorové spojení. Systém najde své využití především v nemocnicích a to jak na jednotkách intenzivní péče, tak díky své jednoduché obsluze i na dětských či psychiatrických odděleních. Modifikovatelnost a uživatelská vstřícnost však předurčuje tento systém také jako výkonný signalizační systém pro další provozy s vysokými nároky na zajištění nehlasové komunikace. Svě místo najde také v pečovatelských domech a pro zabezpečení v případě nouze lze systém využít i v sanatoriích či lázeňských zařízeních.

HC - 01.3

Hlavní ústředna



- přehledně a logicky uspořádaný obslužný panel
- minimum ovládacích tlačítek potřebných pro běžnou obsluhu
- zcela nový, obrazovkový informační displej
- akustická signalizace volajícího účastníka a "ALARMU" na hlavní ústředně
- optická signalizace volání účastníka, přítomnosti personálu a "ALARMU" nad dveřmi pokoje
- přenos opticko-akustické signalizace do místností s registrovanou přítomností sestry
- možnost připojení velkoplošných informačních panelů na chodbách oddělení
- hlasité předávání zpráv do všech místností v rámci oddělení (centrální hlášení)
- ovládání elektrických zámků dveří
- moderní vzhled všech prvků zařízení
- jednoduchá obsluha
- noční provoz



VS - 01.3

Volací šňůra s tlačítkem



- volání pacienta na sestru

SS - 01.2

Svítilno



- světelná signalizace příslušejících stavů

CB - 01.3

Pokojevá kontrolní skříňka

- volání na sestru
- vyvolání "ALARMU" pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci
- registrace přítomnosti sestry na pokoji
- příjem všech druhů volání z jiných místností



TH - 01.2

Táhlo a tlačítko nouzového volání



- volání pacienta na sestru

PS - 01.2

Pneumatický spínač



- volání pacienta na sestru

TK - 01.2

Tlačítko nouzového volání

- volání pacienta na sestru

SJ-01.3

Vchodová signalizační jednotka

- volání na sestru
- plnohodnotná náhrada tzv. elektrického vrátného u vstupních dveří včetně el. zámku



CB - 010.3


Pokojevá kontrolní skříňka s oběžníkem



- volání na sestru
- vyvolání "ALARMU" pro přivolání lékaře nebo jiné pomoci
- registrace přítomnosti sestry na pokoji
- příjem všech druhů volání z jiných místností
- odposlech centrálního hlášení z řídicí ústředny

SJ-010.3

Signalizační jednotka s oběžníkem



- volání na sestru
- plnohodnotná náhrada tzv. elektrického vrátného u vstupních dveří včetně el. zámku
- odposlech centrálního hlášení z řídicí ústředny

ZP - 01T.2

Zásuvka pacienta



- připojení volací šňůry s tlačítkem na patientských rampách

AS - 01.2

Akustický spínač



- volání pacienta na sestru